

Certificate of analysis

Produkt: Buffertlösning pH 3,00

Batchnummer: 140528

Datum för mätning: 2018-10-03

Test Name 1	Value	Unit
Mätvärde	2,997	pH
Temperatur vid mätning	25,0	°C
Spårbar mot buffertlösningar enligt NIST		