

Certificate of analysis

Produkt: Konduktivitet 1288 mS/m

Batchnummer: 142067

Datum för mätning: 2019-02-26

Test Name 1	Value	Unit
Mätvärde	12907	µS/cm
Mättemperatur	25,0	°C
Mätosäkerhet	1	%
Tolerans	2	%

Kontrollerade mot lösningar spårbara mot DANAK