

**Certificate of analysis**

Produkt: Konduktivitet 141 mS/m

Batchnummer: 146477

Datum för mätning: 2020-03-09

Test Name 1	Value	Unit
Mätvärde	1412	µS/cm
Mättemperatur	25,0	°C
Mätosäkerhet	1	%
Tolerans	2	%

Kontrollerade mot lösningar spårbara mot DANAK