

Produkt: Buffertlösning pH 10

Batchnummer: 148439

Test Name	Value	Unit
Uppmätt värde:	9,992	pH
Mät temperatur:	25,0	°C
Datum för mätning:	2020-06-15	

Kontrollerade mot lösningar spårbara mot NIST