

## Certificate of analysis

Produkt: Buffertlösning pH 9

Batchnummer: 149114

Datum för mätning: 2020-10-28

Test Name 1	Value	Unit
Mätvärde	9,002	pH
Temperatur vid mätning	25,0	°C
Spårbar mot buffertlösningar enligt NIST		