

Certificate of analysis

Produkt: Buffertlösning pH 4

Batchnummer: 149162

Datum för mätning: 2020-11-06

Test Name 1	Value	Unit
Mätvärde	4,001	pH
Temperatur vid mätning	25,0	°C
Spårbar mot buffertlösningar enligt NIST		